

Výzva na predloženie ponuky - tovary - prieskum trhu

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66, 921 63 Piešťany
Zastúpená: JUDr. Mária Domčeková - riaditeľka
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Polakovičová – referát verejného obstarávania
tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: polakovicova@naw.sk

2. Názov predmetu zákazky :

Monitory vitálnych funkcií s príslušenstvom a centrálna stanica

3. Opis predmetu zákazky :

Minimálne parametre prístroja :

- Minimálne 15“ TFT display s rozlíšením minimálne 1024 x 768 pixelov
- zobrazovanie minimálne 10 kriviek na displeji
- Možnosť prezerania viac ako 165 hodín grafických a numerických údajov
- Funkcia alarmu minimálne v troch úrovniach nastavenia
- Hlasitosť alarmu v rozsahu 45-85 dB / 1m, s možnosťou úrovne nastavenia
- Prístroj musí byť vybavený sieťovým konektorom pre pripojenie do siete
- Prístroj musí mať zabudovanú Lithiovú batériu, aby mohol pracovať aj bez pripojenia na elektrickú sieť s operačným časom minimálne 120 minút
- Prístroj musí byť vybavený minimálne týmito monitorovacími funkciami:
Monitorovanie EKG, RESP, NIPB, SpO2, 1x TEMP, analýza arytmie, analýza ST segmentu
- Prístroj musí obsahovať minimálne 1x SpO2 Sensor pre dospelých na opakované použitie
- Prístroj musí obsahovať minimálne 1x manžetu pre dospelých
- Prístroj musí obsahovať minimálne 1x EKG 5-zvodový kábel
- Prístroj musí obsahovať minimálne 1 senzor teploty

Možnosť rozšírenia prístroja dostupné ku dňu predloženia ponuky o nasledujúce moduly, programy :

- 2x Temp, 2x IBP, SPO2, AG, ICG, EtCO2, 12 zvodové EKG, Multi-gas/O2
- Možnosť termálneho zapisovača termo papier
- Sieťové pripojenie “wireless”
- Možnosť ukladania dát na SD kartu

Požiadavky na zostavu a parametre centrálnej stanice pre monitor vitálnych funkcií :

Minimálne parametre prístroja :

- Počítačová jednotka
- Minimálne 21“ LCD monitor
- Tlačiareň
- Záložný zdroj
- Softvér na správu minimálne 16 monitorov vitálnych funkcií
- Nastavenie alarmu pre všetky monitorované parametre
- Softvérové rozhranie v slovenskom alebo českom jazyku

Dodávka :

- 2 ks monitor vitálnych funkcií, 1ks centrálna stanica

Poznámka :

- Uchádzač vo svojom návrhu ku každému bodu a odseku hore požadovanému parametru odpovie či MÁ, alebo NEMÁ (prípadne ÁNO / NIE) a uvedie presnú hodnotu parametra tam, kde je požadovaný.
- Minimálne požadované parametre musia byť splnené, aby uchádzač mohol postúpiť do hodnotenia.
- Verejný obstarávateľ si v prípade pochybnosti vyhradzuje právo požiadať uchádzača, aby rovnaký typ prístroja pred procesom hodnotenia predložil a preukázal pravdivosť uchádzačom uvedených parametrov.

4. CPV: 33195000 - 3

5. Podmienky predloženia cenovej ponuky :

Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail;
- cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH)
- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady.

6. Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH : **10 000,00 €**

7. Miesto poskytnutia služby :

Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, Piešťany

8. Termín uzávierky cenovej ponuky : **19.11.2013 do 13:00 hod**

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

- najnižšia cena

Cenové ponuky zasielajte písomnou formou, e-mailom na adresu :

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Ing. Gabriela Polakovičová
Winterova 66
921 01 Piešťany
e-mail : polakovicova@naw.sk